

**ESCLARECIMENTO Nº 01.25**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/24 – UEMA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/25-SALIC-MA**

A Pregoeira da Universidade Estadual do Maranhão, in fine assinada, após acuidosa análise técnica do responsável pelo setor requisitante frente o pedido de esclarecimento formalizado pela empresa BETAQUÍMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ: 48.706.431/0001-02, acerca do pregão eletrônico epigrafado, passa a esclarecer pontualmente que:

→ **QUESTIONAMENTO:**

Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2025-SALIC-MA, solicito esclarecimento conforme abaixo.

**ITEM 1: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO**

- Qual deve ser a capacidade do equipamento? Exemplo: 30 Litros

→ **RESPOSTA CSL/UEMA:** Conforme consta no DOD - Documento de Oficialização de Demanda, a especificação do equipamento é: “Estufa de secagem e esterilização-Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C à 250°C; Controle de temperatura: Digital com PID e autotuning; mínimo 100L Mais diretamente ao questionamento, a estufa necessita ter no mínimo 100 Litros”.

São Luís/MA, de janeiro de 2025.

---

**KIANY PEREIRA COSTA**  
**PREGOEIRA**