

ESCLARECIMENTO Nº 02.25
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/24 – UEMA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/25-SALIC-MA

A Pregoeira da Universidade Estadual do Maranhão, *in fine* assinada, frente o pedido de esclarecimento formalizado via e-mail (licitacao.pe@uema.br) pela empresa MARTE CIENTÍFICA, inscrita no CNPJ: 60.431.715/0001-20, acerca do pregão eletrônico epigrafado, passa a esclarecer pontualmente que:

→ **QUESTIONAMENTO:**

Pedido de Esclarecimento Referente ao item 01

A Estufa seria de quantos litros?

→ **RESPOSTA CSL/UEMA:**

Consoante resposta ao pedido de esclarecimento da empresa BETAQUÍMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, cadastrada no sistema SIGA/MA em 31/01/25, a capacidade mínima exigida para o EQUIPAMENTO 1 (**Estufa de secagem e esterilização**) equivale a 100 Litros.

Sublinhe-se, ainda, que o interessado em participar do procedimento licitatório em análise, deverá estar ciente da necessidade de acompanhamento, na página <www.compras.ma.gov.br> e no site <www.uema.br>, de eventuais notificações e comunicações, nos termos do SUBITEM 19.15 do Instrumento Convocatório.

São Luís/MA, 04 de fevereiro de 2025.

KIANY PEREIRA COSTA
PREGOEIRA